

### Wyjaśnienia treści SIWZ

Gmina Dzikowiec/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu –Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania do zapytania ofertowe pn. "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec"

**1. Pytanie Dotyczy-** W nawiązaniu do zaproszenie do składanie ofert na Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy Dzikowiec" uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednym z elementów dostaw jest lampa Sollux na statywie o parametrach opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Lampa Sollux LS3 odpowiadająca temu opisowi obecnie jest niedostępna. Czy Zamawiający uzna lampę statywową **Lumina (sollux)V5.0** za spełniającą warunki opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający** dopuszcza produkt równoważny do parametrów podanych poniżej :

- zegar zabiegowy: 1-30min
- maksymalna moc żarówki: 375W
- zasilanie sieciowe: 230 V 10 %, 50/60 Hz
- pobór mocy: maks. 450W
- wysokość urządzenia na statywie min. min. 1,2m, maks 1,9m
- wymiar podstawy lamp: maks. 0,5x0,6m
- wymiar podstawy statywu S x G.: maks. 0,5 x 0,6 m
- masa urządzenia: 13,7 kg (z żarówką i filtrem)
- wymiary podstawy stołowej (bez lampy) S x G x W: 30,0 x 31,5 x 6,0 cm
- wymiary podstawy stołowej z lampą S x G x W: 30,0 x 39,0 x 41,0 cm
- masa podstawy stołowej z lampą: 5,5 kg (z żarówką i filtrem)

#### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- przewód sieciowy
  - promiennik 375 W (1 szt.)
  - filtr czerwony (1 szt.)
  - filtr niebieski (1 szt.)
  - okulary ochronne dla pacjenta (1 szt.)
  - okulary ochronne dla terapeuty (1 szt.)
  - bezpieczniki zapasowe T3,15L250V; 3,15 A, 250 V (2 szt.)
  - instrukcja użytkowania (1 szt.)
- oraz statyw stołowy

#### **2. Pytanie: Dot. Lampa Kwarcowa**

Opisany przez Państwa **model lampy kwarcowej** ( SUNLAMP 70 UVA )spełniający parametry zawarte w SIWZ **nie jest już produkowany.**

Głównymi dystrybutorami tego urządzenia są firmy: Technomex, Elmedico, Adverti( import Włochy prod. JELOSIL )

Obecnie lampa nie jest osiągalna w sprzedaży pomimo iż widnieje na różnych stronach internetowych. Prosimy zatem o zweryfikowanie parametrów technicznych lampy do takich jakie są dostępne na rynku.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający** w związku z trudnościami w dostępie do Lamp Kwarcowych dopuszcza produkt równoważny do parametrów podanych poniżej :

- moc około 300W,
- powierzchnia naświetlenia min. 30x 30 cm,
- szkło ceramiczne,
- możliwość indywidualnego ustawiania czasu ,
- 100% ochrona przed promieniowaniem UV,
- system ochrony przed przegrzaniem .

### **3. Pytanie : Dot. Lampa solux**

Opisany przez Państwa **model lampy SOLUX( LS -1 )** spełniający parametry zawarte w SIWZ **nie jest już produkowany**. Producent firma PEM Warszawa nie produkuje tej lampy od stycznia tego roku.

Obecnie lampa nie jest osiągalna w sprzedaży pomimo iż widnieje na różnych stronach internetowych. Lampy dostępne na rynku różnią się znacznie parametrami, a więc nie mogą być wskazane jako równoważne, prosimy zatem o zweryfikowanie parametrów technicznych lampy do takich jakie są dostępne na rynku.

**Odpowiedź : Jak w pytaniu 1.**

### **4. Pytanie : Dotyczy: - Łóżko elektryczne - 8 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka rehabilitacyjnego o parametrach;

**Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza . Podtrzymuje parametry zawarte w zapytaniu ofertowym SIWZ.**

### **5. Pytanie : dotyczy - - Krzesło prysznicowe - 5 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krzesła prysznicowego o parametrach;

Szerokość:510mm

- długość 570 mm

- wysokość: 880-1000 mm,

-wysokość siedziska: 370-530 mm

- szerokość siedziska 420 mm

- waga 3,8 kg, ma

-max. Obciążenie 130 kg

**Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza . Podtrzymuje parametry zawarte w zapytaniu ofertowym SIWZ.**

### **6. Pytanie :Dotyczy - Balkonik - 4 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balkonika o parametrach;

- **szerokość:** 50 cm
- **wysokość min.:** 79 cm
- **wysokość max.:** 96 cm
- **waga:** 2,3 kg
- **maksymalne obciążenie:** 136 kg

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**7. Pytanie :Dotyczy** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji: ” **Rower stacjonarny dla dorosłych**”, „**Materac przeciwodleżynowy**” oraz „**Materac do leczenia i profilaktyki odleżyn**” z całości przedmiotu zamówienia na rzecz oddzielnego zadania w celu otrzymania alternatywnej, bardzo korzystnej cenowo, przewyższając technologicznie oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urządzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego?

**Odpowiedź :** Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie odrębnych pozycji. Tym samym podtrzymuje zapisy w zapytaniu ofertowym SIWZ.

**8. Pytanie :dotyczy Rower stacjonarny dla dorosłych.**

Pkt. 1 Czujniki tętna zintegrowane w uchwytach dłoni.

**Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy rower stacjonarny z rozwiązaniem równorzędnym, z pasem umożliwiającym rejestrację pulsu, bez czujników tętna w uchwytach dłoni?**

**Odpowiedź :** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowym SIWZ.

**9. Pytanie : dotyczy : Materac do leczenia i profilaktyki odleżyn.**

**Pyt. 1** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy zbudowany z 17 komór, 3 komory na stałe napompowane powietrzem ? Jest to niewielka różnica względem wymogów Zamawiającego i nie będzie miała żadnego wpływu na pracę z materacem.

**Pyt. 2** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy o wymiarach 198x 86 x 20.3cm ? Jest to niewielka różnica względem wymogów Zamawiającego i nie będzie miała żadnego wpływu na pracę z materacem.

**Pyt. 3** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy o wadze 9 kg ? Jest to spowodowane wysoką jakością materiałów.

**Pyt. 4** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z wodoszczelnym i paroprzepuszczalnym pokrowcem bez komory na materac bazowy z pianki ? Oferowany materac posiada zaawansowane komory powietrzne, dzięki którym materac kładzie się bezpośrednio na łóżko, przez co podkład piankowy nie jest wymagany.

**Odpowiedź :** Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowym SIWZ.

**10. Pytanie : dotyczy - Kula ortopedyczna z podwójną regulacją 5 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kul o parametrach;

- wysokość rękojeści do podłoża 78 do 100,5 cm,
- długość rękojeści 10 cm,
- średnica rękojeści 3,8 cm,
- odległość od rękojeści do środka podparcia przedramienia 17 cm do 25 cm,

- ilość stopni regulacji wysokości 10 co 2,5 cm
- waga 0,53 kg

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**11. Pytanie : dotyczy** Kula łokciowa - 4 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kul o parametrach:

- wysokość rękojeść do podłoża 79 do 101,5 cm,
- długość rękojeści 10 cm,
- średnica rękojeści 3,8 cm,
- odległość od rękojeści do środka podparcia przedramienia 17 cm,
- ilość stopni regulacji wysokości 10 co 2,5 cm
- waga 0,50 kg

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**12. Pytanie : dotyczy** - Kula pachowa z przesuwana rękojeścią 4 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kul o parametrach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.**

**13. Pytanie : dotyczy -Lampa solux ze statywem**

1. W związku z zakończeniem produkcji lamp solux przez producenta czy Zamawiający dopuści lampę solux ze statywem o następującej specyfikacji:

- moc żarówki 375W
  - Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz
  - Chłodzenie: wymuszone
  - zegar zabiegowy 1-30min
  - masa statywu z lampą 13,7kg
  - Mocowanie: statyw z podstawą jezdnią i hamulcem
- Wyposażenie:
- przewód sieciowy (1 szt.)
  - promiennik 375 W (1 szt.)
  - filtr czerwony (1 szt.)
  - filtr niebieski (1 szt.)
  - okulary ochronne dla pacjenta (1 szt.)
  - okulary ochronne dla terapeuty (1 szt.)
  - klucz imbusowy (1 szt.)
  - bezpieczniki zapasowe T3,15L250V; 3,15 A, 250 V (2 szt.)
  - instrukcja użytkownika (1 szt.)
  - statyw stołowy (1 szt.)

**Odpowiedź : Jak w pytaniu 1.**

**14. Pytanie : dotyczy -Lampa kwarcowa**

1. W związku z zakończeniem produkcji lamp kwarcowych o parametrach podanych w SIWZ, czy Zamawiający dopuści lampę kwarcową o specyfikacji:

- regulacja czasu zabiegu do 30min
- zasilanie 220-240/50-60
- maksymalna moc jednego promiennika 20W
- maksymalny pobór prądu lampy 0,82A

Funkcje:

- naświetlenie,
- regulacja czasu zabiegu,
- regulacja położenia lampy,
- regulacja wysokości lampy.

**Odpowiedź : Jak w pytaniu 2.**

**15. Pytanie : dotyczy -** Czy Zamawiający dopuści rotor kończyn górnych i dolnych o długości 51 cm – 76 cm?

**Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ**

**16. Pytanie : dotyczy-** Czy Zamawiający dopuści lampę sollux ze statywem o podanych parametrach: Lampa sollux przeznaczona jest do przeprowadzania zabiegów nagrzewania tkanek skóry z wykorzystaniem energii cieplnej promieniowania podczerwonego.

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie- 230 V, 50 Hz

Moc żarówki- maks. 375 W

Pobór mocy- maks. 395 W

Bezpieczniki- 2 x T8A / 250 V

Moc ustawiana- (10 - 100) %

Wymiary (dł. x szer. x wys.)- 740 x 480 x min. 1180 mm, maks. 1760

Masa- ok. 30 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

żarówka ( 1 szt.)

filtr czerwony ( 1 szt.)

filtr niebieski ( 1 szt.)

okulary ochronne duże dla operatora ( 1 szt.)

okulary ochronne małe dla pacjenta ( 1 szt.)

zestaw do montażu

instrukcja obsługi

**Opisana w siwz lampa sollux nie jest już produkowana przez producenta.**

**Odpowiedź : Jak w pytaniu 1.**

**17. Pytanie : dotyczy-** Czy Zamawiający dopuści lampę sollux ze statywem o podanych parametrach: Lampa sollux przeznaczona jest do przeprowadzania zabiegów nagrzewania tkanek skóry z wykorzystaniem energii cieplnej promieniowania podczerwonego.

Parametry światłoterapii

intensywność świecenia żarówki	10 - 99 %
maksymalna moc żarówki	375W
pobór mocy	maks. 450W
zegar zabiegowy	1 - 30 min

Parametry ogólne

wysokość urządzenia na statywie min.	min. 1,2 m, maks 1,9 m
wymiar podstawy statywu S x G.	maks. 0,5 x 0,6 m
wymiary podstawy stołowej (bez lampy) S x G x W	30,0 x 31,5 x 6,0 cm
wymiary podstawy stołowej z lampą S x G x W	30,0 x 39,0 x 41,0 cm
masa statywu z lampą	13,7 kg (z żarówką i filtrem)
masa podstawy stołowej z lampą	5,5 kg (z żarówką i filtrem)
zasilanie	230 V, 50/60 Hz

#### **WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

- przewód sieciowy (1 szt.)
- promiennik 375 W (1 szt.)
- filtr czerwony (1 szt.)
- filtr niebieski (1 szt.)
- okulary ochronne dla pacjenta (1 szt.)
- okulary ochronne dla terapeuty (1 szt.)
- klucz imbusowy (1 szt.)
- bezpieczniki zapasowe T3,15L250V; 3,15 A, 250 V (2 szt.)
- instrukcja użytkownika (1 szt.)
- protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa (1 szt.)
- paszport techniczny (1 szt.)
- statyw stołowy (1 szt.)

**Opisana w siwz lampa sollux nie jest już produkowana przez producenta.**

**Odpowiedź : Jak w pytaniu 1.**

**18. Pytanie : dotyczy-** Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę do terapii UV o podanych parametrach:

Uniwersalna, średnich rozmiarów lampa znajduje wszechstronne zastosowanie w leczeniu chorób skóry (również domowym)

Mobilny obrotowy statyw pozwala na łatwe i komfortowe korzystanie z zabiegu w pozycji stojącej, leżącej oraz siedzącej

Krótkie czasy ekspozycji dzięki bardzo wydajnym promiennikom

Elektroniczna kontrola czasu zabiegu z tabelą czasu naświetlań

Łatwa regulacja wysokości dzięki sprężynie gazowej

Duży obszar naświetlania 60 x 40 cm

Oszczędność miejsca dzięki niewielkim rozmiarom i mobilnemu statywowi

Zegar zabiegowy i wyłącznik bezpieczeństwa

Obsługa przyjazna dla użytkownika

Ergonomiczna konstrukcja

Akrylowe panele ochronne, aby uniknąć dotykania promiennika

Automatyczne wyłączenie po zakończeniu czasu zabiegu

Łatwe czyszczenie lamp  
RODZAJ PROMIENNIKÓW UV 7x40 W  
Wymiary (cm) 72x 52 x 10  
Waga ok. 25kg  
Zasilanie 230V/50Hz

**Opisana w siwz lampa kwarcowa nie jest już produkowana przez producenta.**

**Odpowiedź : Jak w pytaniu 2.**

**19. Pytanie : dotyczy** -Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę termin dostawy na 30 dni od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź : Nie wyraża zgody.**

**Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 05.03.2020r. do godz. 11.00.  
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**